



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ“ Beograd, Višegradska 26

CLINIC FOR MENTAL DISORDERS
„DR LAZA LAZAREVIĆ“ Belgrade, Visegradska 26

e-mail: nabavnaslužba@lazalazarevic.rs www.lazalazarevic.rs
tel: +381 11 3615-761, -760 fax: +381 11 3636-461



1. Naručilac: Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Beograd, Višegradska br. 26

2. Web sajt: www.lazalazarevic.rs

3. email: nabavnaslužba@lazalazarevic.rs

4. Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti j.n.m.v. 02/2017

5. Vrsta predmeta: dobra

6. Predmet javne nabavke dobara je : **Labaratorijski potrošni materijal po partijama**



Javna nabavka oblikovana po partijama - 10 partija i to:

- Partija 1. – Potrošni materijal za određivanje koncentracije lekova
- Partija 2. – Potrošni materijal za određivanje parametara koagulacije
- Partija 3. – Potrošni materijal za biohemijske analize
- Partija 4. – Potrošni materijal za hematološke analize
- Partija 5. - Potrošni materijal za određivanje koncentracije hormona
- Partija 6. – Potrošni materijal za određivanje koncentracije elektrolita
- Partija 7. – Potrošni materijal za analizu urina
- Partija 8. – Potrošni materijal za brze testove
- Partija 9. – Plastični potrošni materijal
- Partija 10. – Potrošni materijal za uzorkovanje biološkog materijala

7. Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke

Na poziciji: 33696500- laboratorijski reagensi

8. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Pitanja i odgovori za Partiju 10 – Potrošni materijal za uzorkovanje biološkog materijala

Pitanje br.1:

Stavka pod r.br.3 definisana je kao „Vacuette ESR“

Molimo Vas da precizirate da li je potrebno da se ponude epruvete za sedimentaciju koje služe za direktno očitavanje vrednosti sedimentacije nakon 30 minuta ili nakon 60 minuta ?

Odgovor na pitanje br.1 :

Potrebno je da epruvete za sedimentaciju -Vacuette ESR- služe za direktno očitavanje sedimentacije nakon 60 min.

Pitanje br.2 :

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standard H1-A5 nalaže da proizvodi koji čine komplet za uzorkovanje venske krvi budu od istog proizvođača obzirom da proizvodi različitih proizvođača mogu uzorkovati stvaranje hemolize zbog koje se pacijentu ne mogu odraditi sve tražene analize, zatim prevremeni gubitak vakuuma u epruveti zbog čega se dobija nedovoljna količina uzorka krvi i nepravilan odnos krvi i antikoagulansa (u epruveti) koji negativno utiče na kvalitet dobijenih rezultata i pojavu nemogućnosti da se igla čvrtsto

zašrafi za holder, te njenog „ispadanja“ iz holdera i na kraju potrebe da se pacijentu izvrši ponovno uzorkovanje krvi.

Kako u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno , molimo da definišete da li je potrebno da ponuđeni proizvodi za uzorkovanje venske krvi (igle/bebi sistemi+ vakum epruvete+holderi) budu od istog proizvođača.

Odgovor na pitanje br.2 :

Potrebno je da ponuđeni proizvodi za vađenje venske krvi (igle, bebi sistemi, vakum epruvete i holderi) budi od istog proizvođača kako i sama pravila CLSI nalažu.

Predednik Komisije za j.n.

