



КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска 26
CLINIC FOR MENTAL DISORDERS

„Dr Laza Lazarević“ Belgrade, Visegradska 26

e-mail: drlazal@eunet.rs www.lazalazarevic.rs tel:+381 11 3615-761, -760 fax:+381 11 3636-461

1. Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска бр 26

2. Веб сајт: www.lazalazarevic.rs

3. email: nabavnasluzba@lazalazarevic.rs

4. Врста поступка : јавна набавка мале вредности ј.н.м.в. 02/2019

5. Врста предмета : добра

6. Предмет јавне набавке добара је : **Лабораторијски потрошни материјал по партијама – 10 партија**

Партија 1 – Потрошни материјал за биохемијске анализе

Партија 2 – Потрошни материјал за одређивање концентрације хормона

Партија 3 – Потрошни материјал за узорковање биолошког материјала

Партија 4 – Порошни материјал за хематолошке анализе

Партија 5 - Потрошни материјал за одређивање концентрације лекова

Партија 6 – Потрошни материјал за одређивање концентрације електролита

Партија 7 – Потрошни материјал за брзе тестове

Партија 8 – Потрошни материјал за анализу урина

Партија 9 – Пластични потрошни материјал

Партија 10 – Потрошни материјал за одређивање параметара коагулације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ“
Бр 2562
25. 03 20 19 год
БЕОГРАД, Вишеградска 26

7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавки на позицији
33696500- Лабораторијски реагенси

8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јановј набавци

Pitanja i odgovori – Partija 3 – Potrošni materijal za uzorkovanje biološkog materijala.

1. Stavka 6 opisana je kao „Vakutajner Holder nosač igle“. Molimo da pojasnite da li ponuđeni vakutajner holder nosač igle treba da bude sterilan, sa integrisanim luer adapterom?

2. Stavka 9 opisana je kao „Vakutajner bebi sistem sa luer adapterom i leptirićem 21G“. Molimo da precizirate da li je potrebno da ponuđeni vakutajner bebi sistem sa luer adapterom i leptirićem 21G bude sa zaštitnim mehanizmom koji se aktivira dok je igla u veni pacijenta, sa transparentnim prozorom kao indikatorom protoka krvi, tankih zidova i povećanog protoka?

3. Dodatni uslov za učešće u postupku predmetne javne nabavke zahteva da ponuđeni proizvodi za vađenje krvi budu od istog proizvođača zbog kompatibilnosti u radu, kako i sama pravila CLSI nalažu.

Ovim želimo da ukažemo na činjenicu da je ovaj uslov diskriminatorски i u suprotnosti sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama.

Dodatno, CLSI pravila nalažu da **samo** proizvodi za uzorkovanje **venske** krvi (ne i kapilarne) budu od istog proizvođača zbog kompatibilnosti. Naime, proizvodi za uzorkovanje venske krvi (vakutajner epruvete, igle za uzorkovanje krvi vakuum sistemom, holderi i vakutajner bebi sistemi) koriste se istovremeno zajedno, tj. čine sistem i zbog toga moraju biti kompatibilni.

Ali proizvodi za uzorkovanje kapilarni krvi (mikroeprovete i lancete) koriste se nezavisno jedan od drugog, samostalno i ne čine komplet te ne postoji opravdan zahtev i potreba da budu od istog proizvođača kao proizvodi za uzorkovanje venske krvi niti da međusobno budu od istog proizvođača.

Molimo da uskladite dodatni uslov za učešće sa Zakonom o javnim nabavkama tako što će uslov biti da ponuđeni proizvodi za vađenje venske krvi budu od istog proizvođača zbog kompatibilnosti u radu a što i sama pravila CLSI nalažu.

Odgovori :

Odgovor u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti dobara – Laboratorijski potrošni materijal, partija 3 Potrošni material za uzorkovanje biološkog materijala, JNMV br. 02/2019 vezano za zahtev br. 132/19 od 22.03.2019.god.

1. Stavka 6: Ponudeni vakutajner holder nosač igle treba da bude sterilan, sa integrisanim luer adapterom.
2. Stavka 9: Vakutajner bebi sistem sa luer adapterom i leptirićem 21G treba da bude sa zaštitnim mehanizmom koji se aktivira dok je igla u veni pacijenta, sa transparentnim prozorom kao indikatorom protoka krvi, tankih zidova i povećanog protoka.
3. Dodatno, samo proizvodi za uzorkovanje venske krvi (vakutajer epruvete, igle za uzorkovanje krvi vakuum sistemom, holderi i vakutajner bebi sistemi), ne i kapilarne treba da budu od istog proizvođača zbog kompatibilnosti.



Predsednik komisije za javne nabavke

[Handwritten signature]