

* .Naručilac: Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Beograd, Višegradska br. 26

* Web sajt: www.lazalazarevic.rs -

* email: nabavnaslužba@lazalazarevic.rs

* Vrsta postupka: otvoreni postupak

* Vrsta predmeta: dobra

* Predmet javne nabavke dobara j.n.o.p. br. 01/2014 su : **LABORATORIJSKI POTROŠNI**

MATERIJAL

Javna nabavka oblikovana po partijama - 8 partija i to:

- Partija 1.- Potrošni material za određivanje koncentracije lekova
- Partija 2.- Potrošni material za biohemijske analize
- Partija 3.- Potrošni material za hematološke analize
- Partija 4.- Potrošni material za određivanje koncentracije hormona
- Partija 5.- Potrošni material za određivanje koncentracije elektrolita
- Partija 6.- Potrošni material za analizu urina
- Partija 7.- Potrošni material za brze testove
- Partija 8.- Plastični potrošni materijal

* Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke

Na poziciji: 33696500 – laboratorijski reagensi

* Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA KONKURSNU DOKUMENTACIJU:

Pitanje: odnosi se na partiju 8 – Plastični potrošni materijal.

Stavka 9 je opisana kao „Vacuette coag“.

Testovi hemostaze su veoma osetljivi. Na njihove rezultate veoma utiče kvalitet uzoraka krvi, odnosno pravilan unos krvi i antikoagulansa u epruveti zbog čega je veoma važan i kvalitet Same epruvete u koju se uzrokuje krv.

Obzirom na navedeno, da li je za ovu stavku potrebno ponuditi epruvetu za plazmu sa „duplim“ zidom koja obezbedjuje pravilan odnos krvi i citrate (9:1), tako što jedan zid epruvete sprečava isparavanje citrate, a drugi zid obezbedjuje konstantnu količinu vakuma u epruveti koja „povlači“ definisanu zapreminu krvi koja je srazmerna količini citrata u epruveti.

Dodatno, epruvete za plazmu sa duplim zidom već nekoliko godina koriste u Vašoj ustanovi.

Odgovor:

Naglašavamo da se stavka 9 - „Vacuette coag“ odnosi na epruvete za izdvajanje plazme sa duplim zidom.

Komisija za javnu nabavku,
Prof. dr Tomislav Stojanović